

# 仕 様 書

## 1. 対象装置

CARDIOSAVE (以下「本システム」という。)

## 2. 契約期間

令和8年7月1日 ~ 令和10年6月30日

## 3. 予定数量

6台

## 4. 場所

国立研究開発法人国立循環器病研究センター (以下「当センター」という。)

## 5. 目的

本システムについて、常に適正な機能を発揮できる状態に保持するための保守義務

## 6. 仕様

### (1) 業務内容

- ・定期メンテナンス (年1回)
- ・故障箇所の修理、定期点検にかかる技術料、部品代 (構成品・システム消耗品)、貸出費、出張料も契約金額に含むものとする。
- ・定期交換部品、修理に関して、故意に発生したもの及び天災が原因で発生したものは、対象外とする。

### (2) 対応時間

月曜日から金曜日 (ただし祝祭日を除く)

午前9時から午後5時30分

ただし、緊急対応が必要な内容は、24時間365日の対応時間とすること。

## 7. その他

この仕様書に定めのない事項については、当センターと協議の上、決定すること。

以上